

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

100 42 PRAHA 10 - VINOHRADY, ŠROBÁROVA 48

Telefon: 6708 11 11

Fax: 6731 11 88



Pí Plešivčáková
fy HENEX
Prstná č.p. 123
735 72 Petrovice u Karviné

Vaše zpráva značky – ze dne

Naše značka

PRAHA dne

Věc

ZŽP- 12 -3413/98

Ex 38 27 97


2.12. 98

Vyjádření k přístroji pro světelnou terapii MEDIC 2000

Vážená paní,

v příloze Vám zasiláme vyjádření k přístroji MEDIC 2000, který je určen pro světelnou terapii.

S pozdravem


doc. MUDr. L. Komárek, CSc.
vedoucí Centra zdraví a životních podmínek

ing. H. Přibáňová
tel. 67082550

Vyřizuje
Telefon

Vyjádření k přístroji pro světelnou terapii (MEDIC 2000)

Pro posuzování přístroje MEDIC 2000, který je určen pro světelnou terapii byly dodány následující podklady.

- rozhodnutí o povolení k použití prostředku zdrav. techniky při poskytování zdravotní péče, které bylo vydáno Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona č.20/1966sb., ze dne 25.9. 1998.
- Návod na použití a popis přístroje.

Přístroj je určen pro světelnou terapii. Léčebný výkon se provádí pomocí aplikačních sond, kde jako zdroje záření jsou použity světelné zdroje (LEDdiody), které vyzařují v oblasti blízkého infračerveného spektra (760 - 950 nm).

V současné době světelná terapie nachází široké použití v léčebné a kosmetické praxi a vychází z pozitivního vlivu světla na lidský organismus.

Doporučené indikace:

- revmatické choroby, artrozy
- podpora hojení ran
- dermatologické potíže
- rehabilitace sportovců
- podpora imunity
- využití v kosmetice

Aplikace přístroje se musí provádět podle návodu výrobce, který určuje oblast použití a dávkování.

Při použití přístroje je nutno dodržovat bezpečnostní zásady, které jsou uvedeny výrobcem (zejména ochrana očí).

V Praze 2.12. 1998

Vypracovala : ing. H. Příbáňová

